

.....	
opracował	
.....	
pieczętka zakładu	data aktualizacji

P-02	PROCEDURA : MYCIA I DEZYNFEKCJI LODÓWKI
------	--

CEL: utrzymanie urządzeń chłodniczych we właściwym stanie sanitarno-higienicznym oraz niedopuszczenia do ich nadmiernego oblodzenia .Procedura dotyczy wszystkich lodówek znajdujących się w Zakładzie (na leki ,odpady medyczne). .

CZYNNOŚCI WSTĘPNE :

1. Rozmrozić lodówkę zgodnie z zaleceniami producenta ,
2. Przygotować środki ochrony osobistej (rękawice ochronne , fartuch),
3. Zawartość lodówki przenieść do innych urządzeń – lodówki turystycznej , termotorby ,
4. Przygotować roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego oraz odpowiednią ściereczkę (najlepiej jednorazowego użytku) ,

WYKONANIE MYCIA I DEZYNFEKCJI :

1. Założyć odzież ochronną ,
2. Umyć wnętrze lodówki roztworem środka myjąco-dezynfekującego i pozostawić na czas działania (zgodnie z zaleceniem producenta) , przy pokrywaniu powierzchni środkiem dezynfekującym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne , aby nie pozostawić fragmentów wnętrza nie zdezynfekowanych .
3. Po upływie czasu dezynfekcji zmyć całość czystą wodą i osuszyć lub pozostawić do wyschnięcia .
4. Półki , pojemniki należy wyjąć z lodówki , zdezynfekować , po upływie czasu dezynfekcji dokładnie opłukać pod bieżącą wodą , osuszyć i umieścić w lodówce .
5. Umyć lodówkę z zewnątrz , używając wody z detergentem , a następnie uporządkować jej otoczenie ,
6. Zdjąć rękawice ochronne , fartuch , następnie umyć i zdezynfekować ręce .
7. Włączyć lodówkę , odczekać do osiągnięcia temperatury + 4 ° C .
8. Umieścić przeniesione rzeczy w lodówce.

CZYNNOŚCI KOŃCOWE :

1. Uporządkować stanowisko pracy.
2. Upewnić się czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone .

UWAGI :: Każda lodówka powinna być poddana myciu i dezynfekcji po naprawie oraz w razie potrzeby (np. po zabrudzeniu).
Dekontaminację lodówki na odpady medyczne przeprowadzać zawsze po jej opróżnieniu .

Przyjęłam do wiadomości i przestrzegania

.....
Data i podpis Pracownika

.....
Data i podpis Kierownika